SERIES 225 INCH DIAL INDICATOR

Certificate

- Meet ASME B89.1.10M-2001
- Supplied with limit hands and bezel clamp
- Lug back

Application

225-025-11

unit: mm



Code	Range	Graduation	Dial reading	Range/rev	Accuracy		a	b	c	d
					First 2.5 rew	Overall				
225-006-11	0.25"	0.001"	0-100	0.1"	±0.001"	±0.001"	20	25	75	46
225-012-11	0.5"	0.001"	0-100	0.1"	±0.001"	±0.002"	20	25	75	46
225-025-11	1"	0.001"	0-100	0.1"	±0.001"	±0.002"	20	35	85	46
225-050-11	2"	0.001"	0-100	0.1"	±0.001"	±0.004"	50	59	139	111